

COPA ABIERTA DE CLEVELAND MARCA ANTARES MODELO CIC220V



Aparato de ensayo de punto de inflamación y de combustión en la copa abierta de Cleveland.

Consta de un vaso de latón, instalado sobre una placa calefactora con termostato, completo con un termómetro de -6 a +400°C. 220V, 60Hz, 1ph.

Accesorio:

Dispositivo de gas para la flama, completo con válvula de control.

Matriz:

Av. Independencia Condominio Viña del Mar Mz
45 Lt 35-17B
Las Américas Ecatepec, Estado de México
www.sepmi.com.mx
infoventas@sepmi.com.mx
Cel: 56 1149 3296 Tel: 55 1083 2598

Sucursal Veracruz

Av. Miguel de Cervantes Saavedra N25ª, Col.
Hogar
Mendoza Veracruz
www.sepmi.com.mx
arturo@sepmi.com.mx
Cel: 272 2125 349 Tel: 272 72 88 102